

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO, QUADRIENNALE, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PET/CT E GESTIONE DEL CICLOTRONE E PRODUZIONE RADIOFARMACI DA ESPLETARE NEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO.

Rif: Categoria 25 Allegato IIB Dlgs 163/06 e smi CIG 6565188486 - PUBBLICATA sulla GUCE N. S 21 del 30/01/2016 e sulla GURS N. 6 del 12/02/2016

AVVISO DI CHIARIMENTI/2

a seguito di specifica richiesta avanzata da Società interessata alla gara e ritenendo gli stessi di possibile interesse generale si comunica di avere fornito i seguenti chiarimenti (NB: il riferimento numerico corrisponde al medesimo numero del quesito formulato dal potenziale concorrente - documento pubblicato in uno alla presente risposta -):

Risposta al richiesto chiarimento numero 1) :

Si conferma che le 2 gamma camere non sono ricomprese nella manutenzione a carico dell’aggiudicatario in quanto non attinenti al centro PET/Ciclotrone;

Risposta al richiesto chiarimento numero 2) - 3) e 5) :

Viene fornita documentazione attinente in uno ad attestazione manutentore ordinario su % costi mensili degli impianti allocati nel reparto in questione ;

Risposta al richiesto chiarimento numero 4) :

Viene fornita documentazione attinente;

Risposta al richiesto chiarimento numero 6) :

Gli adempimenti indicati non sono contemplati fra le attività a carico della società aggiudicataria del servizio al costo di offerta;

Risposta al richiesto chiarimento numero 7) :

Poiché tali integrazione di apparecchiature sono previste tra le attività ipoteticamente “*richiedibili e con pagamento a parte nella seconda fase dell’appalto (a fronte di una riduzione del valore riconosciuto alla AOEC)* “ , si procederà alla loro identificazione se e quando verrà effettuata specifica richiesta essendo in questa fase non pertinente ;

Risposta al richiesto chiarimento numero 8) :

Il Nulla osta alla installazione potrebbe non essere concessa solo nel caso in cui l’apparecchiatura offerta non risultasse conforme ai requisiti minimi di “Top di mercato” indicati . In tal caso la ditta aggiudicataria verrà invitata a integrare/completare/modificare/sostituire il modello offerto.

IL RUP **Dott. Salvatore Torrìsi**

